

## **Anhang 1: Ergebnisse der Ringversuchsserie „Bakterien- und Pilzgenom-Nachweis (PCR/NAT)“ Juni 2017**

Anhang 1 zu:

Reischl U, Schneider W, Ehrenschwender M, Hiergeist A, Maaß M, Baier M, Frangoulidis D, Grass G, von Buttlar H, Scholz H, Fingerle V, Sing A, Jacobs E, Reiter-Owona I, Anders A. „Bakterien- und Pilzgenom-Nachweis PCR/NAT“: Auswertung des Ringversuchs Juni 2017 von INSTAND e.V. zur externen Qualitätskontrolle molekularbiologischer Nachweisverfahren in der bakteriologischen Diagnostik. GMS Z Forder Qualitatssich Med Lab. 2017;8:Doc03.  
DOI: 10.3205/lab000026, URN: urn:nbn:de:0183-lab0000265

## **Attachment 1: Results of the proficiency testing scheme “Bacterial and Fungal Genome Detection (PCR/NAT)” June 2017**

Attachment 1 to:

Reischl U, Schneider W, Ehrenschwender M, Hiergeist A, Maaß M, Baier M, Frangoulidis D, Grass G, von Buttlar H, Scholz H, Fingerle V, Sing A, Jacobs E, Reiter-Owona I, Anders A. “Bacterial and fungal genome detection PCR/NAT”: comprehensive discussion of the June 2017 distribution for external quality assessment of nucleic acid-based protocols in diagnostic medical microbiology by INSTAND e.V. GMS Z Forder Qualitatssich Med Lab. 2017;8:Doc03.  
DOI: 10.3205/lab000026, URN: urn:nbn:de:0183-lab0000265

# PCR-/NAT C. trachomatis & GO (RV 530) Juni 2017



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.

Sample composition and expected results.

	Erwartet / expected		Probenzusammensetzung / Sample composition
1715301	<b>++ / Ø</b>	61	<b>Chlamydia trachomatis</b> (~ $1 \times 10^4$ IFU/mL)
1715302	<b>++ / +++</b>	62	<b>Chlamydia trachomatis</b> (~ $5 \times 10^3$ IFU/mL) <b>Neisseria gonorrhoeae</b> (~ $5 \times 10^5$ CFU/mL)
1715303	<b>+++ / (+)</b>	62	<b>Chlamydia trachomatis</b> (~ $5 \times 10^4$ IFU/mL) <b>Neisseria gonorrhoeae</b> (~ $5 \times 10^2$ CFU/mL)
1715304	<b>Ø / Ø</b>	64	<b>Escherichia coli K12</b>

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.

Absolute numbers of reported individual results.

n = 237	Probennummer (Sample no.)			
Befund Result	1715301	1715302	1715303	1715304
<b>Positiv CT</b>	<b>236</b>	<b>1</b>	<b>14<sup>1)</sup></b>	<b>1</b>
<b>Positiv CT &amp; GO</b>	<b>1</b>	<b>235</b>	<b>221</b>	<b>1</b>
<b>Positiv GO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Negativ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>230</b>
<b>Fraglich /questionable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1<sup>1)</sup></b>	<b>0</b>

	Inhibition			
	1715301	1715302	1715303	1715304
n.d.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nein / no	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>
ja / yes	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

Abs. numbers and relative frequency of true positive and negative results among various NAT methods.

NAT-Methode [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
GenProbe CT/NG [20] (n = 7)	<b>13</b>	13 / 21	<b>62</b>	<b>6</b>	6 / 7	<b>86</b>
LightMix CT/NG [21] (n = 6)	<b>18</b>	18 / 18	<b>100</b>	<b>6</b>	6 / 6	<b>100</b>
Roche COBAS [22] (n = 59)	<b>176</b>	176 / 176 <sup>§</sup>	<b>100</b>	<b>57</b>	57 / 59	<b>97</b>
Cepheid Xpert CT/NG [23] (n = 28)	<b>83</b>	83 / 84	<b>99</b>	<b>26</b>	26 / 28	<b>93</b>
BD ProbeTec [24] (n = 8)	<b>24</b>	24 / 24	<b>100</b>	<b>7</b>	7 / 8	<b>88</b>
Artus CT/NG [25] (n = 3)	<b>9</b>	9 / 9	<b>100</b>	<b>3</b>	3 / 3	<b>100</b>
Abbott RealTime CT/NG [26] (n = 31)	<b>91</b>	91 / 93	<b>98</b>	<b>29</b>	29 / 31	<b>93</b>
Other commercial tests [27] (n = 83)	<b>243</b>	243 / 249	<b>98</b>	<b>82</b>	82 / 83	<b>99</b>
In house PCR assay [28] (n = 18)	<b>54</b>	54 / 54	<b>100</b>	<b>18</b>	18 / 18	<b>100</b>
Andere / k.A. / other [29] (n = 5)	<b>14</b>	14 / 15	<b>93</b>	<b>5</b>	5 / 5	<b>100</b>

§ Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants

Comments: <sup>1)</sup> As sample #1715303 contained a low number of *Neisseria gonorrhoeae* target organisms, negative PCR results were not rated “false negative” in this EQAS distribution.

**Tabelle 4:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde. Anmerkung: in dieser Tabelle sind nur die Ergebnisse für *Chlamydia trachomatis* dargestellt.

Absolute numbers of reported individual results. Note: only the *C. trachomatis-specific* results are depicted in this table

n = 237	Probennummer (Sample no.)					Inhibition			
Befund Result	1715301	1715302	1715303	1715304		1715301	1715302	1715303	1715304
Positiv	237	236	236	2		n.d.	0	0	0
Negativ	0	1	1	235		nein / no	237	237	237
Fraglich Questionable	0	0	0	0		ja / yes	0	0	0

**Tabelle 5:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden. Anmerkung: in dieser Tabelle sind nur die Ergebnisse für *Chlamydia trachomatis* dargestellt.

Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods. Note: only the *C. trachomatis-specific* results are depicted in this table.

NAT-Methode (nur CT) [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
GenProbe CT/NG [20] (n = 7)	20	20 / 21	95	7	7 / 7	100
LightMix CT/NG [21] (n = 6)	18	18 / 18	100	6	6 / 6	100
Roche COBAS [22] (n = 59)	177	177 / 177	100	59	59 / 59	100
Cepheid Xpert CT/NG [23] (n = 28)	84	83 / 84	100	28	28 / 28	100
BD ProbeTec [24] (n = 8)	24	24 / 24	100	8	8 / 8	100
Artus CT/NG [25] (n = 3)	9	9 / 9	100	3	3 / 3	100
Abbott RealTime CT/NG [26] (n = 31)	92	92 / 93	99	30	30 / 31	97
Other commercial tests [27] (n = 83)	249	249 / 249	100	82	82 / 83	99
In house PCR assay [28] (n = 18)	54	54 / 54	100	18	18 / 18	100
Andere / k.A. / other [29] (n = 5)	15	15 / 15	100	5	5 / 5	100

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants

**Tabelle 6:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde. Anmerkung: in dieser Tabelle sind nur die Ergebnisse für *Neisseria gonorrhoeae* dargestellt.

Absolute numbers of reported individual results. Note: only the *N. gonorrhoeae-specific* results are depicted in this table

n = 237	Probennummer (Sample no.)					Inhibition			
Befund Result	1715301	1715302	1715303	1715304		1715301	1715302	1715303	1715304
Positiv	1	236	221	6		n.d.	0	0	0
Negativ	236	1	15 <sup>1)</sup>	231		nein / no	237	237	237
Fraglich Questionable	0	0	1	0		ja / yes	0	0	0

**Tabelle 7:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwenden verschiedener Methoden. Anmerkung: in dieser Tabelle sind nur die Ergebnisse für *Neisseria gonorrhoeae* dargestellt.

Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods. Note: only the *N. gonorrhoeae-specific* results are depicted in this table.

NAT-Methode (nur GO) [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
GenProbe CT/NG [20] (n = 7)	7	7 / 14	50	13	13 / 14	93
LightMix CT/NG [21] (n = 6)	12	12 / 12	100	12	12 / 12	100
Roche COBAS [22] (n = 59)	117	117 / 117 <sup>§</sup>	100	116	116 / 118	98
Cepheid Xpert CT/NG [23] (n = 28)	55	55 / 56	98	54	54 / 56	96
BD ProbeTec [24] (n = 8)	16	16 / 16	100	15	15 / 16	94
Artus CT/NG [25] (n = 3)	6	6 / 6	100	6	6 / 6	100
Abbott RealTime CT/NG [26] (n = 31)	61	61 / 62	98	61	61 / 62	98
Other commercial tests [27] (n = 83)	160	160 / 166	96	166	166 / 166	100
In house PCR assay [28] (n = 18)	36	36 / 36	100	36	36 / 36	100
Andere / k.A. / other [29] (n = 5)	9	9 / 10	90	10	10 / 10	100

§ Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants

**Comments:** 1) As sample #1715303 contained a low number of *Neisseria gonorrhoeae* target organisms, negative PCR results were not rated “false negative” in this EQAS distribution.

# PCR-/NAT *Chlamydia trachomatis*

(RV 531) Juni 2017



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.  
Sample composition and expected results.

	<i>Erwartet / expected</i>	Probenzusammensetzung / Sample composition	
1715311	<b>++</b>	<b>61</b>	<i>Chlamydia trachomatis</i> (~ $1 \times 10^4$ IFU/mL)
1715312	<b>Ø</b>	<b>62</b>	<i>Escherichia coli</i> K12
1715313	<b>+++</b>	<b>61</b>	<i>Chlamydia trachomatis</i> (~ $5 \times 10^4$ IFU/mL)
1715314	<b>++</b>	<b>61</b>	<i>Chlamydia trachomatis</i> (~ $5 \times 10^3$ IFU/mL)

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.  
Absolute numbers of reported individual results.

<b>n = 97</b>	<b>Probennummer</b> (Sample no.)				<b>Inhibition</b>
	<b>1715311</b>	<b>1715312</b>	<b>1715313</b>	<b>1715314</b>	
<b>Positiv</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	
<b>Negativ</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fraglich Questionable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>n.d.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>nein no</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	
<b>ja yes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.  
Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.

<b>NAT-Methode</b> [Code] (total number *)	<b>NAT richtig positiv</b> True positive results			<b>NAT richtig negativ</b> True negative results		
	<b>Absolut</b> Absolute	<b>Relativ</b> Relative	<b>%</b>	<b>Absolut</b> Absolute	<b>Relativ</b> Relative	<b>%</b>
Hain FluoroType CT [20] (n = 15)	<b>45</b>	45 / 45	<b>100</b>	<b>15</b>	15 / 15	<b>100</b>
TIB Molbiol LightMix CT [21] (n = 6)	<b>18</b>	18 / 18	<b>100</b>	<b>6</b>	6 / 6	<b>100</b>
Roche COBAS CT [22] (n = 20)	<b>60</b>	60 / 60	<b>100</b>	<b>20</b>	20 / 20	<b>100</b>
Cepheid Xpert CT/NG [23] (n = 5)	<b>15</b>	15 / 15	<b>100</b>	<b>5</b>	5 / 5	<b>100</b>
BD ProbeTec [24] (n = 10)	<b>30</b>	30 / 30	<b>100</b>	<b>10</b>	10 / 10	<b>100</b>
Artus CT [25] (n = 1)	<b>3</b>	3 / 3	<b>100</b>	<b>1</b>	1 / 1	<b>100</b>
Abbott CT/NG [26] (n = 3)	<b>9</b>	9 / 9	<b>100</b>	<b>3</b>	3 / 3	<b>100</b>
Other commercial tests [27] (n = 27)	<b>81</b>	81 / 81	<b>100</b>	<b>27</b>	27 / 27	<b>100</b>
<i>In house PCR assay</i> [28] (n = 11)	<b>33</b>	33 / 33	<b>100</b>	<b>11</b>	11 / 11	<b>100</b>

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants

**PCR-/NAT *Bordetella pertussis***  
**(RV 532) Juni 2017**



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.  
*Sample composition and expected results.*

	<i>Erwartet / expected</i>		<i>Probenzusammensetzung / Sample composition</i>
1715321	<b>++++</b>	<b>61</b>	<i>Bordetella pertussis (~ 1x10<sup>5</sup> CFU/mL)</i>
1715322	<b>Ø</b>	<b>62</b>	<i>Escherichia coli K12</i>
1715323	<b>Ø</b>	<b>62</b>	<i>Bordetella holmesii (IS481-pos.) (~ 1x10<sup>5</sup> CFU/mL)</i>
1715324	<b>Ø</b>	<b>62</b>	<i>Bordetella parapertussis (~ 1x10<sup>5</sup> CFU/mL)</i>

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.  
*Absolute numbers of reported individual results.*

<b>n = 155</b>	<b>Probennummer (Sample no.)</b>				<b>Inhibition</b>			
<b>Befund Result</b>	<b>1715321</b>	<b>1715322</b>	<b>1715323</b>	<b>1715324</b>	<b>1715321</b>	<b>1715322</b>	<b>1715323</b>	<b>1715324</b>
<b>Positiv</b>	<b>148</b>	<b>2</b>	<b>103<sup>1)</sup></b>	<b>5</b>	<b>n.d.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Negativ</b>	<b>7</b>	<b>153</b>	<b>51</b>	<b>149</b>	<b>nein no</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
<b>Fraglich Questionable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ja yes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

*Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.*

<b>NAT-Methode</b> [Code] (total number *)	<b>NAT richtig positiv</b> <i>True positive results</i>			<b>NAT richtig negativ</b> <i>True negative results</i>		
	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>
TIB Molbiol LightMix BP [20] (n = 11)	<b>11</b>	11 / 11	<b>100</b>	<b>22</b>	22 / 33	<b>67</b>
Diagenode <i>B.pertussis</i> [21] (n = 10)	<b>10</b>	10 / 10	<b>100</b>	<b>20</b>	20 / 30	<b>67</b>
GenoQuick Bordetella [22] (n = 6)	<b>6</b>	6 / 6	<b>100</b>	<b>12</b>	12 / 18	<b>67</b>
RIDAGENE Bordetella [23] (n = 18)	<b>18</b>	18 / 18	<b>100</b>	<b>50</b>	50 / 54	<b>92</b>
Other commercial tests [27] (n = 51)	<b>47</b>	47 / 51	<b>92</b>	<b>117</b>	117 / 152 <sup>§</sup>	<b>77</b>
<i>In house PCR assay</i> [28] (n = 57)	<b>54</b>	54 / 57	<b>95</b>	<b>127</b>	127 / 170 <sup>§</sup>	<b>75</b>
Andere / k.A. / other [29] (n = 3)	<b>3</b>	3 / 3	<b>100</b>	<b>7</b>	7 / 9	<b>78</b>

<sup>§</sup> Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
*Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants*

**Comments:** <sup>1)</sup> Due to the well-known cross-reaction of *B. holmesii* in IS 481-specific PCR assays for *B. pertussis*, positive PCR results with sample #1715323 were not rated as false-positive.

**PCR-/NAT *Helicobacter pylori***  
**(RV 533) Juni 2017**



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.  
*Sample composition and expected results.*

	<b>Erwartet / expected</b>	<b>Probenzusammensetzung / Sample composition</b>		
1715331	+++	61/71	<i>Helicobacter pylori</i> (~ 5x10 <sup>5</sup> CFU/mL) Clarithromycin resistant (GGA mut. in 23S rDNA)	
1715332	++	61/71	<i>Helicobacter pylori</i> (~ 5x10 <sup>4</sup> CFU/mL) Clarithromycin resistant (GGA mut. in 23S rDNA)	
1715333	Ø	62	<i>Escherichia coli</i> K12	
1715334	+	61/71	<i>Helicobacter pylori</i> (~ 5x10 <sup>3</sup> CFU/mL) Clarithromycin resistant (GGA mut. in 23S rDNA)	

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.  
*Absolute numbers of reported individual results.*

<b>n = 50</b>	<b>Probennummer</b> (Sample no.)					<b>Inhibition</b>			
	<b>Befund Result</b>	1715331	1715332	1715333	1715334	1715331	1715332	1715333	1715334
<b>Positiv</b>	50 <sup>1)</sup>	50 <sup>1)</sup>	1	49 <sup>1)</sup>	n.d.	1	1	1	1
<b>Negativ</b>	0	0	49	1	nein no	49	49	49	49
<b>Fraglich Questionable</b>	0	0	0	0	ja yes	0	0	0	0

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

*Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.*

<b>NAT-Methode</b> [Code] (total number *)	<b>NAT richtig positiv</b> <i>True positive results</i>			<b>NAT richtig negativ</b> <i>True negative results</i>		
	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>
Hain GenoType Helico [20] (n = 21)	<b>63</b>	63 / 63	<b>100</b>	<b>21</b>	21 / 21	<b>100</b>
Ingenetix ClariRes [21] (n = 1)	<b>3</b>	3 / 3	<b>100</b>	<b>0</b>	0 / 1	<b>0</b>
r-Biopharm RIDAGENE [22] (n = 5)	<b>15</b>	15 / 15	<b>100</b>	<b>5</b>	5 / 5	<b>100</b>
Commercial assay [27] (n = 4)	<b>11</b>	11 / 12	<b>92</b>	<b>4</b>	4 / 4	<b>100</b>
<i>In house</i> PCR assay [28] (n = 20)	<b>60</b>	60 / 60	<b>100</b>	<b>20</b>	20 / 20	<b>100</b>

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
*Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants*

**Comments:** <sup>1)</sup> Thirty-nine of the 50 participants reported results for molecular Clarithromycin-susceptibility testing. All reported results were correct.

# PCR-NAT EHEC / STEC (RV 534) Juni 2017



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.

Sample composition and expected results.

	Erwartet / expected		Probenzusammensetzung / Sample composition
1715341	+++	61 / 74	EHEC (~1x10 <sup>5</sup> CFU/mL) (stx-2d positive)
1715342	++	61 / 71,72,77,78	EHEC (~1x10 <sup>4</sup> CFU/mL) (stx-1, stx-2, eae, hlyA and O157 positive)
1715343	Ø	62	Shigella sonnei (~ 1x10 <sup>5</sup> CFU/mL)
1715344	Ø	62	Escherichia coli K12

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.

Absolute numbers of reported individual results.

<b>n = 133</b>	Probennummer (Sample no.)				<b>Inhibition</b>	
	1715341	1715342	1715343	1715344		
<b>Positiv</b>	124 <sup>1)</sup>	125 <sup>1)</sup>	4	1		
<b>Negativ</b>	7	8	127	132		
<b>Fraglich Questionable</b>	2	0	2	0		
			1715341	1715342	1715343	
			n.d.	1	1	1
			nein no	132	132	132
			ja yes	0	0	0

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.

<b>NAT-Methode</b> [Code] (total number *)	<b>NAT richtig positiv</b> True positive results			<b>NAT richtig negativ</b> True negative results		
	<b>Absolut</b> Absolute	<b>Relativ</b> Relative	<b>%</b>	<b>Absolut</b> Absolute	<b>Relativ</b> Relative	<b>%</b>
Hain GenoType EHEC [20] (n = 25)	<b>49</b>	49 / 50	<b>98</b>	<b>50</b>	50 / 50	<b>100</b>
Hplex EHEC [21] (n = 1)	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>
r-Biopharm RIDAGENE [22] (n = 42)	<b>72</b>	72 / 83 §	<b>87</b>	<b>80</b>	80 / 82 §	<b>98</b>
Other commercial tests [27] (n = 21)	<b>42</b>	42 / 42	<b>100</b>	<b>41</b>	41 / 42	<b>98</b>
In house PCR assay [28] (n = 46)	<b>86</b>	86 / 90 §	<b>96</b>	<b>92</b>	92 / 92	<b>100</b>
Andere/ k.A. / other [29] (n = 2)	<b>4</b>	4 / 4	<b>100</b>	<b>3</b>	3 / 4	<b>75</b>

§ Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.

Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants

**Comments:** 1) Partial or complete shiga toxin subtyping, eae-, and hlyA-detection was performed by 112 laboratories. With the exception of 2 laboratories, all reported results were correct.

**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.  
*Sample composition and expected results.*

	<b>Erwartet / expected</b>		<b>Probenzusammensetzung / Sample composition</b>
1715351	<b>++</b>	<b>61</b>	<i>Borrelia garinii OspA Typ3 (~ 5x10<sup>4</sup> organisms/mL)</i>
1715352	<b>Ø</b>	<b>62</b>	<i>Escherichia coli K12</i>
1715353	<b>+++</b>	<b>61</b>	<i>Borrelia garinii OspA Typ3 (~ 5x10<sup>5</sup> organisms/mL)</i>
1715354	<b>+</b>	<b>61</b>	<i>Borrelia garinii OspA Typ3 (~ 5x10<sup>3</sup> organisms/mL)</i>

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.  
*Absolute numbers of reported individual results.*

<b>n = 127</b>	<b>Probennummer (Sample no.)</b>				<b>Inhibition</b>			
<b>Befund Result</b>	<b>1715351</b>	<b>1715352</b>	<b>1715353</b>	<b>1715354</b>	<b>1715351</b>	<b>1715352</b>	<b>1715353</b>	<b>1715354</b>
<b>Positiv</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>125</b>	<b>114</b>	<b>n.d.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Negativ</b>	<b>3</b>	<b>126</b>	<b>2</b>	<b>13<sup>1)</sup></b>	<b>nein no</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<b>Fraglich Questionable</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ja yes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

*Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.*

<b>NAT-Methode</b> [Code] (total number *)	<b>NAT richtig positiv</b> <i>True positive results</i>			<b>NAT richtig negativ</b> <i>True negative results</i>		
	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>
<b>artus Borrelia LC Kit [20] (n = 23)</b>	<b>69</b>	69 / 69	<b>100</b>	<b>23</b>	23 / 23	<b>100</b>
<b>Demeditec GenFlow [21] (n = 3)</b>	<b>9</b>	9 / 9	<b>100</b>	<b>3</b>	3 / 3	<b>100</b>
<b>LightMix Borrelia [22] (n = 6)</b>	<b>12</b>	12 / 18 §	<b>67</b>	<b>6</b>	6 / 6	<b>100</b>
<b>Other/commercial tests [27] (n = 41)</b>	<b>120</b>	120 / 123	<b>98</b>	<b>40</b>	40 / 41	<b>98</b>
<b>In house PCR assay [28] (n = 56)</b>	<b>159</b>	159 / 168	<b>95</b>	<b>56</b>	56 / 56	<b>100</b>
<b>Andere/ k.A. / other [29] (n = 1)</b>	<b>3</b>	3 / 3	<b>100</b>	<b>1</b>	1 / 1	<b>100</b>

§ Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
*Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants*

**Comments:** <sup>1)</sup> As sample #1715354 contained a low number of *Borrelia burgdorferi* target organisms, negative PCR results were not rated “false negative” in this EQAS distribution.

# PCR-/NAT *Legionella pneumophila* (RV 536) Juni 2017



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.

Sample composition and expected results.

	Erwartet / expected	Probenzusammensetzung / Sample composition	
1715361	+++	61	<i>Legionella pneumophila</i> SG2 (~ 5x10 <sup>4</sup> CFU/mL)
1715362	Ø	62	<i>Escherichia coli</i> K12
1715363	+	61	<i>Legionella pneumophila</i> SG2 (~ 5x10 <sup>2</sup> CFU/mL)
1715364	++	61	<i>Legionella pneumophila</i> SG2 (~ 5x10 <sup>3</sup> CFU/mL)

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.

Absolute numbers of reported individual results.

n = 119	Probennummer (Sample no.)					Inhibition			
	1715361	1715362	1715363	1715364		1715361	1715362	1715363	1715364
Positiv	119	2	62	106	n.d.	1	1	1	1
Negativ	0	117	55 <sup>1)</sup>	12	nein no	118	118	118	118
Fraglich Questionable	0	0	2	1	ja yes	0	0	0	0

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.

NAT-Methode [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
LightMix Legionella [20] (n = 11)	27	27 / 33	82	11	11 / 11	100
GeneProof <i>L.pneumophila</i> [21] (n = 5)	15	15 / 15	100	5	5 / 5	100
r-Biopharm RIDAGENE [22] (n = 6)	14	14 / 18	78	6	6 / 6	100
Other commercial tests [27] (n= 56)	134	134 / 166 <sup>§</sup>	81	55	55 / 56	98
In house PCR assay [28] (n= 42)	101	101 / 125 <sup>§</sup>	81	41	41 / 42	98
Andere/ k.A. / other [29] (n = 2)	5	5 / 6	83	2	2 / 2	100

<sup>§</sup> Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.

Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants

**Comments:** <sup>1)</sup> As sample #1715363 contained a low number of *Legionella pneumoniae* target organisms, negative PCR results were not rated “false negative” in this EQAS distribution.

# PCR-/NAT *Salmonella enterica* (RV 537) Juni 2017



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.

Sample composition and expected results.

	Erwartet / expected	Probenzusammensetzung / Sample composition
1715371	+++	<i>S. enterica</i> ser. <i>typhimurium</i> (~ $5 \times 10^4$ CFU/mL)
1715372	+	<i>S. enterica</i> ser. <i>typhimurium</i> (~ $5 \times 10^2$ CFU/mL)
1715373	Ø	<i>Escherichia coli</i> K12
1715374	++	<i>S. enterica</i> ser. <i>typhimurium</i> (~ $5 \times 10^3$ CFU/mL)

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.

Absolute numbers of reported individual results.

n = 27	Probennummer (Sample no.)				Inhibition				
	1715371	1715372	1715373	1715374	1715371	1715372	1715373	1715374	
Positiv	27	21	2	25	n.d.	0	0	0	0
Negativ	0	6 <sup>1)</sup>	25	2	nein no	27	27	27	27
Fraglich Questionable	0	0	0	0	ja yes	0	0	0	0

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.

NAT-Methode [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
Other commercial tests [27] (n = 18)	49	49 / 54	91	17	17 / 18	94
In house PCR assay [28] (n = 8)	22	22 / 24	92	7	7 / 8	88
Andere/ k.A. / other [29] (n = 1)	2	2 / 3	67	1	1 / 1	100

**Comments:** <sup>1)</sup> As sample #1715372 contained a low number of *Salmonella enterica* target organisms, negative PCR results were not rated "false negative" in this EQAS distribution.

**PCR-/NAT *Listeria* spp.**  
**(RV 538) Juni 2017**



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.

Sample composition and expected results.

	<i>Erwartet / expected</i>	<i>Probenzusammensetzung / Sample composition</i>		
1715381	+++	61 / 71	<i>Listeria monocytogenes</i> (~ 5x10 <sup>4</sup> CFU/mL)	
1715382	Ø	62	<i>Escherichia coli</i> K12	
1715383	++	61 / 71	<i>Listeria monocytogenes</i> (~ 5x10 <sup>3</sup> CFU/mL)	
1715384	+++	61 / 72	<i>Listeria ivanovii</i> (~ 5x10 <sup>4</sup> CFU/mL)	

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.

Absolute numbers of reported individual results.

n = 46	Probennummer (Sample no.)						Inhibition				
	1715381	1715382	1715383	1715384			1715381	1715382	1715383	1715384	
<b>Befund Result</b>						n.d.	0	0	0	0	
<b>Positiv</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>10</b>		nein no	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	
<b>Negativ</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>35<sup>1)</sup></b>		ja yes	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fraglich Questionable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>							

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.

NAT-Methode [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
TIB Molbiol LightMix LM [21] (n = 2)	<b>4</b>	4 / 6	<b>67</b>	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>
Ingenetix BactoReal LM [22] (n = 4)	<b>9</b>	9 / 12	<b>75</b>	<b>4</b>	4 / 4	<b>100</b>
Other commercial tests [27] (n = 12)	<b>25</b>	25 / 36	<b>69</b>	<b>12</b>	12 / 12	<b>100</b>
In house PCR assay [28] (n = 28)	<b>64</b>	64 / 83 §	<b>77</b>	<b>28</b>	28 / 28	<b>100</b>
Andere/ k.A. / other [29] (n = 1)	<b>2</b>	2 / 3	<b>67</b>	<b>1</b>	1 / 1	<b>100</b>

§ Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
 Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants

**Comments:** 1) Due to the predominant use of *L. monocytogenes*-specific PCR assays, negative PCR results with sample # 1715384 were not rated as “false negative”.

**PCR-NAT MRSA / cMRSA**  
**(RV 539) Juni 2017**



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.  
*Sample composition and expected results.*

	<b>Erwartet / expected</b>	<b>Probenzusammensetzung / Sample composition</b>	
1715391	<b>++</b>	<b>61 / 72</b>	MRSA ( <i>S. aureus</i> , oxa <sup>R</sup> , PVL-neg) (~1x10 <sup>4</sup> CFU/mL)
1715392	<b>Ø</b>	<b>62 / 72</b>	MSSA ( <b>SCCmec pos, mecA neg</b> ) ( <i>S. aureus</i> , oxa <sup>S</sup> , PVL-neg, spa:t 310) (~1x10 <sup>4</sup> CFU/mL)
1715393	<b>Ø</b>	<b>62</b>	<i>Escherichia coli</i> K12
1715394	<b>+++</b>	<b>61 / 72</b>	MRSA ( <i>S. aureus</i> , oxa <sup>R</sup> , PVL-neg) (~1x10 <sup>5</sup> CFU/mL)

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.

*Absolute numbers of reported individual results.*

<b>n = 302</b>	<b>Probennummer</b> (Sample no.)					<b>Inhibition</b>			
	<b>1715391</b>	<b>1715392</b>	<b>1715393</b>	<b>1715394</b>		<b>1715391</b>	<b>1715392</b>	<b>1715393</b>	<b>1715394</b>
<b>Befund Result</b>									
<b>Positiv</b>	<b>301</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>298</b>					
<b>Negativ</b>	<b>1</b>	<b>254</b>	<b>296</b>	<b>3</b>					
<b>Fraglich Questionable</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					
n.d.					<b>n.d.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
nein no					<b>nein no</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>299</b>	<b>300</b>
ja yes					<b>ja yes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

*Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.*

<b>NAT-Methode</b> [Code] (total number *)	<b>NAT richtig positiv</b> <i>True positive results</i>			<b>NAT richtig negativ</b> <i>True negative results</i>		
	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>
BD MAX/BD GeneOhm MRSA [20] (n=42)	<b>82</b>	82 / 84	<b>98</b>	<b>76</b>	76 / 84	<b>90</b>
Hain FT MRSA [21] (n=29)	<b>58</b>	58 / 58	<b>100</b>	<b>52</b>	52 / 58	<b>90</b>
Roche COBAS [22] (n=1)	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>	<b>1</b>	1 / 2	<b>50</b>
r-Biopharm RIDAGENE [23] (n=32)	<b>64</b>	64 / 64	<b>100</b>	<b>61</b>	61 / 63 §	<b>97</b>
Cepheid Xpert / GeneXpert [24] (n=131)	<b>261</b>	261 / 262	<b>99</b>	<b>255</b>	255 / 260§	<b>98</b>
LC MRSA Advanced (Roche) [25] (n=14)	<b>27</b>	27 / 27 §	<b>100</b>	<b>15</b>	15 / 27 §	<b>56</b>
TIB Molbiol LightMix MRSA [26] (n=2)	<b>4</b>	4 / 4	<b>100</b>	<b>3</b>	3 / 4	<b>75</b>
Commercial assay kit [27] (n=22)	<b>44</b>	44 / 44	<b>100</b>	<b>39</b>	39 / 44	<b>89</b>
In house PCR assay [28] (n=25)	<b>50</b>	50 / 50	<b>100</b>	<b>41</b>	41 / 50	<b>82</b>
Andere / k.A. / other [29] (n=18)	<b>35</b>	35 / 36	<b>97</b>	<b>34</b>	34 / 36	<b>94</b>

§ Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
*Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants.*

**PCR-/NAT *Chlamydia pneumoniae***  
**(RV 540) Juni 2017**



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.

*Sample composition and expected results.*

	<b>Erwartet / expected</b>		<b>Probenzusammensetzung / Sample composition</b>
1715401	<b>Ø</b>	<b>62</b>	<b><i>Escherichia coli</i> K12</b>
1715402	<b>+++</b>	<b>61</b>	<b><i>Chlamydia pneumoniae</i> (~ 5x10<sup>5</sup> IFU/mL)</b>
1715403	<b>+</b>	<b>61</b>	<b><i>Chlamydia pneumoniae</i> (~ 1x10<sup>4</sup> IFU/mL)</b>
1715404	<b>++</b>	<b>61</b>	<b><i>Chlamydia pneumoniae</i> (~ 5x10<sup>4</sup> IFU/mL)</b>

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.

*Absolute numbers of reported individual results.*

<b>n = 134</b>	<b>Probennummer (Sample no.)</b>				<b>Inhibition</b>			
	<b>1715401</b>	<b>1715402</b>	<b>1715403</b>	<b>1715404</b>	<b>1715401</b>	<b>1715402</b>	<b>1715403</b>	<b>1715404</b>
<b>Befund Result</b>								
<b>Positiv</b>	<b>1</b>	<b>134</b>	<b>129</b>	<b>132</b>	<b>n.d.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Negativ</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>nein no</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
<b>Fraglich Questionable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>ja yes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

*Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.*

<b>NAT-Methode</b> [Code] (total number *)	<b>NAT richtig positiv</b> True positive results			<b>NAT richtig negativ</b> True negative results		
	<b>Absolut</b> Absolute	<b>Relativ</b> Relative	<b>%</b>	<b>Absolut</b> Absolute	<b>Relativ</b> Relative	<b>%</b>
TIB Molbiol LightMix CP [21] (n = 14)	<b>42</b>	42 / 42	<b>100</b>	<b>14</b>	14 / 14	<b>100</b>
Diagenode MP/CP [22] (n = 8)	<b>23</b>	23 / 24	<b>96</b>	<b>8</b>	8 / 8	<b>100</b>
AmpliGnost CP PCR Kit [23] (n = 6)	<b>17</b>	17 / 18	<b>94</b>	<b>6</b>	6 / 6	<b>100</b>
Other commercial tests [27] (n = 63)	<b>186</b>	186 / 188 §	<b>99</b>	<b>62</b>	62 / 63	<b>98</b>
<i>In house PCR assay</i> [28] (n = 42)	<b>124</b>	124 / 126	<b>98</b>	<b>42</b>	42 / 42	<b>100</b>
Andere / k.A. / other [29] (n = 2)	<b>6</b>	6 / 6	<b>100</b>	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>

§ Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
*Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants.*

# PCR-/NAT *Mycoplasma pneumoniae* (RV 541) Juni 2017



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.  
Sample composition and expected results.

	Erwartet / expected		Probenzusammensetzung / Sample composition
1715411	Ø	62	<i>Escherichia coli</i> K12
1715412	+++	61	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (~ 1x10 <sup>5</sup> genome copies/mL)
1715413	++	61	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (~ 1x10 <sup>4</sup> genome copies/mL)
1715414	Ø	62	<i>Haemophilus influenzae</i> (~ 1x10 <sup>4</sup> CFU/mL)

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.  
Absolute numbers of reported individual results.

n = 149	Probennummer (Sample no.)					Inhibition			
	1715411	1715412	1715413	1715414		1715411	1715412	1715413	1715414
Befund Result	1715411	1715412	1715413	1715414	n.d.	1	1	1	1
Positiv	0	149	133	2	nein no	148	148	148	148
Negativ	149	0	15	147	ja yes	0	0	0	0
Fraglich Questionable	0	0	1	0					

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.

NAT-Methode [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
LightMix <i>M.pneumoniae</i> [20] (n = 15)	26	26 / 29 §	90	30	30 / 30	100
Minerva Biolabs Venor Mp [22] (n = 1)	2	2 / 2	100	2	2 / 2	100
AmpliGnost MP PCR Kit [23] (n = 5)	10	10 / 10	100	10	10 / 10	100
Diagenode MP/CP [24] (n = 7)	13	13 / 14	93	13	13 / 14	93
r-Biopharm RIDAGENE Mp [25] (n = 7)	13	13 / 14	93	14	14 / 14	100
Commercial assay / kit [27] (n = 67)	127	127 / 134	95	133	133 / 134	99
In house PCR assay [28] (n = 46)	88	88 / 92	96	92	92 / 92	100
Andere / k.A. / other [29] (n = 2)	4	4 / 4	100	4	4 / 4	100

§ Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants.

# PCR-/NAT *C. burnetii* & *B. anthracis* (RV 542) Juni 2017



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.  
Sample composition and expected results.

	Erwartet / expected	Probenzusammensetzung / Sample composition	
1715421	<b>+++ / +++</b>	62	<i>Coxiella burnetii</i> (~ 1x10 <sup>5</sup> genome copies/mL) <i>B. anthracis</i> UR-1 Stamm (~ 1x10 <sup>5</sup> genome copies/mL)
1715422	<b>Ø / Ø</b>	64	<i>Escherichia coli</i> K12
1715423	<b>++ / Ø</b>	61	<i>Coxiella burnetii</i> (~ 1x10 <sup>4</sup> genome copies/mL)
1715424	<b>Ø / ++++</b>	63	<i>B. anthracis</i> Stamm STI* (~ 1x10 <sup>6</sup> genome copies/mL)

\* *B. anthracis* Stamm STI: *rpoB* (*dhp61*)- und *pagA*-positiv aber *capB* negativ!

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde. Anmerkung: in dieser Tabelle sind nur die Ergebnisse für *Coxiella burnetii* dargestellt.

Absolute numbers of reported individual results.

Note: only the ***C. burnetii-specific results*** are depicted in this table

<b>n = 39</b>	Probennummer (Sample no.)				Inhibition			
	1715421	1715422	1715423	1715424	1715421	1715422	1715423	1715424
<b>Befund Result</b>								
<b>Positiv</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>				
<b>Negativ</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>				
<b>Fraglich Questionable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>				
					<b>n.d.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>nein no</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
					<b>ja yes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden. Anmerkung: in dieser Tabelle sind nur die Ergebnisse für *Coxiella burnetii* dargestellt.

Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.

Note: only the ***C. burnetii-specific results*** are depicted in this table.

NAT-Methode [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
LightMix <i>C. burnetii</i> [20] (n = 1)	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>
Commercial assay / kit [27] (n = 11)	<b>22</b>	22 / 22	<b>100</b>	<b>22</b>	22 / 22	<b>100</b>
In house PCR assay [28] (n = 32)	<b>63</b>	63 / 64 §	<b>98</b>	<b>64</b>	64 / 64	<b>100</b>
Andere / k.A. / other [29] (n = 1)	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants.

§ Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

**Tabelle 4:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde. Anmerkung: in dieser Tabelle sind nur die Ergebnisse für *Bacillus anthracis* dargestellt.

Absolute numbers of reported individual results.

Note: only the *B. anthracis-specific results* are depicted in this table

n = 22	Probennummer (Sample no.)					Inhibition			
Befund Result	1715421	1715422	1715423	1715424		1715421	1715422	1715423	1715424
Positiv	22	0	0	22	n.d.	0	0	0	0
Negativ	0	22	22	0	nein no	22	22	22	22
Fraglich Questionable	0	0	0	0	ja yes	0	0	0	0

**Tabelle 5:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwenden verschiedener Methoden. Anmerkung: in dieser Tabelle sind nur die Ergebnisse für *Bacillus anthracis* dargestellt.

Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.

Note: only the *B. anthracis-specific results* are depicted in this table.

NAT-Methode [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
LightMix <i>B. anthracis</i> [21] (n = 3)	6	6 / 6	100	6	6 / 6	100
Commercial assay / kit [27] (n = 5)	10	10 / 10	100	10	10 / 10	100
In house PCR assay [28] (n = 20)	40	40 / 40	100	40	40 / 40	100

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 4) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants.

**Comments:** 1) Twenty two of the 44 participants performed only *Coxiella burnetii* detection, 5 of the 44 participants performed only *Bacillus anthracis*-specific assays, whereas the other 17 laboratories reported the use of PCR/NAT assays to detected both species.

**PCR-/NAT *Francisella tularensis*  
(RV 543) Juni 2017**



**Tabelle 1: Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.**  
Sample composition and expected results.

	<i>Erwartet / expected</i>	<i>Probenzusammensetzung / Sample composition</i>	
1715431	+++	61	<i>Francisella tularensis tularensis</i> (~ $1 \times 10^5$ CFU/mL)
1715432	++	61	<i>Francisella tularensis holarctica</i> (~ $1 \times 10^4$ CFU/mL)
1715433	Ø	62	<i>Escherichia coli</i> K12
1715434	+++	61	<i>Francisella tularensis novicida</i> (~ $1 \times 10^5$ CFU/mL)

**Tabelle 2: Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.**  
Absolute numbers of reported individual results.

n = 26	Probennummer (Sample no.)					Inhibition			
	1715431	1715432	1715433	1715434		1715431	1715432	1715433	1715434
<b>Befund Result</b>					n.d.	0	0	0	0
<b>Positiv</b>	25	18	0	24	nein no	26	26	26	26
<b>Negativ</b>	1	7 <sup>1)</sup>	26	2	ja yes	0	0	0	0
<b>Fraglich Questionable</b>	0	1	0	0					

**Tabelle 3: Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.**  
Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.

NAT-Methode [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
LightMix <i>F. tularensis</i> [20] (n = 5)	12	12 / 15	80	5	5 / 5	100
Commercial assay / kit [27] (n = 2)	4	4 / 6	67	2	2 / 2	100
In house PCR assay [28] (n = 17)	47	47 / 51 §	94	17	17 / 17	100
Andere / k.A. / other [29] (n = 2)	4	4 / 6	67	2	2 / 2	100

§ Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

**Comments:** <sup>1)</sup> As sample #1715432 contained a low number of *F. tularensis* target organisms, negative PCR results were not rated “false negative” in this EQAS distribution.

**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.  
*Sample composition and expected results.*

	<i>Erwartet / expected</i>	<i>Probenzusammensetzung / Sample composition</i>	
1715441	+++	61 / 72	<i>K. pneumoniae VIM-2 (~ 1x10<sup>7</sup> genome copies/mL)</i>
1715442	+++	61 / 71,73	<i>K. pneumoniae KPC-2, OXA-48 (~ 1x10<sup>7</sup> genome copies/mL)</i>
1715443	Ø	62	<i>Escherichia coli K12</i>
1715444	+++	61 / 75	<i>S. marcescens NDM-1 (~ 1x10<sup>7</sup> genome copies/mL)</i>

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.  
*Absolute numbers of reported individual results.*

n = 77	Probennummer (Sample no.)					Inhibition			
	1715441	1715442	1715443	1715444		1715441	1715442	1715443	1715444
Positiv	74	75 <sup>2)</sup>	2 <sup>3)</sup>	76	n.d.	1	1	1	1
Negativ	3 <sup>1)</sup>	1	75	1 <sup>4)</sup>	nein no	76	76	76	76
Fraglich Questionable	0	1	0	0	ja yes	0	0	0	0

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

*Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.*

NAT-Methode [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
Check MDR Caba test [20] (n =2)	6	6 / 6	100	2	2 / 2	100
Check direct CPE oder MDR [21] (n =7)	20	20 / 21	95	6	6 / 7	86
Hyplex Superbug [22] (n =1)	3	3 / 3	100	1	1 / 1	100
Hyplex Eazyplex [23] (n =5)	14	14 / 15	93	5	5 / 5	100
LightMix (TIB Molbiol) [24] (n =6)	18	18 / 18	100	6	6 / 6	100
GeneXpert CarbaR [25] (n =37)	111	111 / 111	100	37	37 / 37	100
Commercial assay / kit [27] (n =8)	22	22 / 23 §	96	8	8 / 8	100
In house PCR assay [28] (n = 15)	43	43 / 45	96	14	14 / 15	93

§ Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.

*Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants.*

**Comments:**

- 1) Three participants have missed the VIM-2 gene in sample # 1715441.
- 2) Six participants have missed the KPC-2 gene in sample # 1715442.
- 3) One participant reported a false-positive result for KPC in sample # 1715443.
- 4) One participant has missed the NDM-1 gene in sample # 1715444.

**PCR-/NAT Clostridium difficile**  
**(RV 545) Juni 2017**



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.  
*Sample composition and expected results.*

	<i>Erwartet / expected</i>	<i>Probenzusammensetzung / Sample composition</i>	
1715451	+++	61 / 71,72	<i>Clostridium difficile O27 deletion (~ 1x10<sup>5</sup> CFU/mL)</i>
1715452	Ø	62	<i>Escherichia coli K12</i>
1715453	++	61 / 71,72	<i>Clostridium difficile O27 deletion (~ 1x10<sup>4</sup> CFU/mL)</i>
1715454	++	61 / 71,72	<i>Clostridium difficile O27 deletion (~ 1x10<sup>4</sup> CFU/mL)</i>

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.  
*Absolute numbers of reported individual results.*

n = 130	Probennummer (Sample no.)				Inhibition			
	1715451	1715452	1715453	1715454	1715451	1715452	1715453	1715454
Positiv	130	4	128	129	n.d.	1	1	1
Negativ	0	126	2	1	nein no	129	129	129
Fraglich Questionable	0	0	0	0	ja yes	0	0	0

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.  
*Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.*

NAT-Methode [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
Cepheid Xpert C. <i>difficile</i> [20] (n=41)	121	121 / 123	98	41	41 / 41	100
BD MAX C. <i>difficile</i> [21] (n =14)	42	42 / 42	100	14	14 / 14	100
r-Biopharm RIDAGENE Cdif [22] (n =16)	48	48 / 48	100	16	16 / 16	100
Commercial assay / kit [27] (n =40)	119	119 / 120	99	38	38 / 40	95
In house PCR assay [28] (n = 17)	51	51 / 51	100	16	16 / 17	94
Andere / k.A. / other [29] (n = 5)	15	15 / 15	100	4	4 / 5	80

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
*Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants.*

**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.  
*Sample composition and expected results.*

	<i>Erwartet / expected</i>	<i>Probenzusammensetzung / Sample composition</i>	
1715461	<b>++</b>	<b>61 / 71</b>	<b><i>Enterococcus faecalis vanA</i> (~ 1x10<sup>5</sup> CFU/mL)</b>
1715462	<b>+++</b>	<b>61 / 72</b>	<b><i>Enterococcus faecium vanB</i> (~ 1x10<sup>5</sup> CFU/mL)</b>
1715463	<b>+++</b>	<b>62 / 71</b>	<b><i>E. avium vanA</i> (~ 1x10<sup>5</sup> CFU/mL)</b>
1715464	<b>Ø</b>	<b>62</b>	<b><i>Escherichia coli K12</i></b>

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.  
*Absolute numbers of reported individual results.*

n = 50	Probennummer (Sample no.)					Inhibition			
	1715461	1715462	1715463	1715464		1715461	1715462	1715463	1715464
<b>Befund Result</b>									
<b>Positiv</b>	<b>48<sup>1)</sup></b>	<b>47<sup>1)</sup></b>	<b>43<sup>1)</sup></b>	<b>0</b>					
<b>Negativ</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>50</b>					
<b>Fraglich Questionable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.  
*Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.*

NAT-Methode [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
Cepheid Xpert vanA / vanB [20] (n=15)	<b>44</b>	44 / 45	<b>98</b>	<b>15</b>	15 / 15	<b>100</b>
Commercial assay / kit [27] (n =20)	<b>57</b>	57 / 60	<b>95</b>	<b>20</b>	20 / 20	<b>100</b>
In house PCR assay [28] (n = 14)	<b>37</b>	37 / 42	<b>88</b>	<b>14</b>	14 / 14	<b>100</b>
Andere / k.A. / other [29] (n = 1)	<b>0</b>	0 / 3	<b>0</b>	<b>1</b>	1 / 1	<b>100</b>

**Comments:** <sup>1)</sup> Forty seven participants reported dedicated vanA / vanB identification. All reported results were correct.

**PCR-/NAT *Pneumocystis jirovecii***  
**(RV 560) Juni 2017**



**Tabelle 1:** Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.  
*Sample composition and expected results.*

	<i>Erwartet / expected</i>	<i>Probenzusammensetzung / Sample composition</i>	
1715601	<b>+++</b>	<b>61</b>	<i>Pneumocystis jirovecii</i> (~ 1x10 <sup>5</sup> CFU/mL)
1715602	<b>Ø</b>	<b>62</b>	<i>Escherichia coli</i> K12
1715603	<b>++</b>	<b>61</b>	<i>Pneumocystis jirovecii</i> (~ 1x10 <sup>4</sup> CFU/mL)
1715604	<b>Ø</b>	<b>62</b>	<i>Escherichia coli</i> K12

**Tabelle 2:** Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.  
*Absolute numbers of reported individual results.*

<b>n = 102</b>	<b>Probennummer</b> (Sample no.)					<b>Inhibition</b>			
<b>Befund Result</b>	<b>1715601</b>	<b>1715602</b>	<b>1715603</b>	<b>1715604</b>		<b>1715601</b>	<b>1715602</b>	<b>1715603</b>	<b>1715604</b>
<b>Positiv</b>	<b>102</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	n.d.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Negativ</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	nein no	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>Fraglich Questionable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	ja yes	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabelle 3:** Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

*Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.*

<b>NAT-Methode</b> [Code] (total number *)	<b>NAT richtig positiv</b> <i>True positive results</i>			<b>NAT richtig negativ</b> <i>True negative results</i>		
	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>
TIB Molbiol LightMix PJ [21] (n =13)	<b>26</b>	26 / 26	<b>100</b>	<b>26</b>	26 / 26	<b>100</b>
r-Biopharm RIDAGENE PJ [22] (n =19)	<b>38</b>	38 / 38	<b>100</b>	<b>36</b>	36 / 37 §	<b>97</b>
AmpliGnost PJ PCR Kit [23] (n =7)	<b>14</b>	14 / 14	<b>100</b>	<b>14</b>	14 / 14	<b>100</b>
Sacace PJ RealTM [24] (n =3)	<b>6</b>	6 / 6	<b>100</b>	<b>6</b>	6 / 6	<b>100</b>
Commercial assay / kit [27] (n =14)	<b>28</b>	28 / 28	<b>100</b>	<b>28</b>	28 / 28	<b>100</b>
<i>In house</i> PCR assay [28] (n = 45)	<b>88</b>	88 / 89 §	<b>99</b>	<b>89</b>	89 / 90	<b>99</b>
Andere / k.A. / other [29] (n = 1)	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>

§ Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.